



株式会社ミツウロコピバレッジ 山中湖工場 殿

〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中 316-2

分析報告書

サンプルコード :	257-2014-01000024	受領日	07.01.2014
検体名 :	山中湖工場井戸水	分析	07.01.2014 - 08.01.2014

分析	結果	検出限界	単位
----	----	------	----

JP026 食品中の放射性物質 1Bq/kg (Cs-134/137, I-131) 分析方法:

放射性セシウム-134	検出せず	1	Bq/kg
放射性セシウム-137	検出せず	1	Bq/kg
放射性ヨウ素-131	検出せず	1	Bq/kg

備考・補足

※ γ 線スペクトロメーター (ゲルマニウム半導体検出器) 法

※ 検出せずとは検出限界未満のことです

Emi Kawanishi
Analytical Services Manager