



株式会社ミツウロコヒバレッジ 山中湖工場 殿

〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中 316-2

分析報告書

| | | | |
|----------|-------------------|-----|-------------------------|
| サンプルコード: | 257-2016-04000028 | 受領日 | 04.04.2016 |
| 検体名: | 山中湖工場井戸水 | 分析 | 04.04.2016 - 06.04.2016 |

| 分析 | 結果 | 検出限界 | 単位 |
|----|----|------|----|
|----|----|------|----|

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------|
| JP026 食品中の放射性物質 1Bq/kg (Cs-134/137, I-131) | 分析方法: 食安発 0315 第 4 号 (2012-03-15) | | |
| 放射性セシウム-134 | 不検出 | 1 | Bq/kg |
| 放射性セシウム-137 | 不検出 | 1 | Bq/kg |
| 放射性ヨウ素-131 | 不検出 | 1 | Bq/kg |

備考・補足

※ γ線スペクトロメーター (ゲルマニウム半導体検出器) 法

※ 不検出とは検出限界未満のことです

Masako Yoshitake
ASM Manager

試験結果は、依頼主より受け取った試験品目に限定したものです。試験所による承認がない限り、この試験結果報告書の一部を複製して用いることは、禁止されています。