検 査 結 果 報 告 書

発行No.　39911027-01Zj-001
発 行 日　平成24年11月7日

株式会社ミツウロコビバレッジ 鳴沢工場 殿

試料受付　平成24年11月2日
採 取 者　依頼者
件　　名　放射性物質検査
採取場所　蛇口
採 取 日　平成24年11月1日
採取時間　15時40分
測 定 日　平成24年11月6日

ユーロフィン日本環境株式会社
神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13
TEL.045(780)-3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
横浜事業所長　高木 正浩 印

ご依頼を受けました試料について、検査の結果を次の通り報告致します。

試料名称 / 試験項目	鳴沢工場原水 結果	検出下限	単位	試験方法
放射性ヨウ素 I-131	不検出	0.8	Bq/kg	ゲルマニウム半導体検出器を用いた ガンマ線スペクトロメトリーによる 核種分析法に準拠
放射性セシウム Cs-134	不検出	0.8		
放射性セシウム Cs-137	不検出	0.8		
放射性セシウム合計値	不検出	-		
（以下余白）				

測定機器）・セイコー・イージーアンドジー株式会社製SEG-EMS(ゲルマシステム)
・オルテック社製Ge半導体検出器GEM20-70(検出器部)

備考）・測定方法:「食品中の放射性物質の試験法について(平成24年 食安発0315第4号)」に準拠
・不検出とは検出下限値未満のことである。